



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w SZCZECINIE
Wydział Legalizacji

Pl. Lotników 4/5 70-414 Szczecin, tel. (91) 433-53-27, e-mail: oum.szczecin.szczecin@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak fabryczny:
DSR 100

Numer fabryczny:
754-20

Rok produkcji:
1993

Nazwa lub znak producenta: PIVOTEX

Numer decyzji zatwierdzenia typu:
M32-711/890/507/91

Znak zatwierdzenia typu:
N

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 25 lipca 2022 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

OT Port Świnoujście S.A., ul. Bunkrowa 1, 72-602 Świnoujście

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max = 100000 kg

Obciążenie minimalne Min = 2000 kg

Wartość działki legalizacyjnej e = 50 kg

Wartość działki elementarnej d = 20 kg

Klasa dokładności **III**

WNIOSKODAWCA

TAMTRON S.A., ul. Sobocińskiego 19A, 40-687 Katowice - wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego

WYMAGANIA

§ 10 pkt 1, lit. a, b, pkt 2, lit. c, a, f, e, d, b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 26, poz. 152).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy umieszczono: informacja o miejscu umieszczenia cech znajduje się w załączniku niniejszego świadectwa.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

W1/474/2020

Data wystawienia: 25 czerwca 2020 r.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Miar
w Szczecinie

z upoważnienia Dyrektora

INSPEKTOR

mgr Jan Sitarczyk

ZAŁĄCZNIKI

- informacja o umieszczeniu cechy legalizacji i cech zabezpieczających

Załącznik do świadectwa legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej nr fabr. 754-20 z dnia 25-06-2020 r. o znaku wniosku W1/474/2020

Cechę legalizacji umieszczono na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie wagi

Cechy zabezpieczające w liczbie 6 umieszczono na:

- obudowie dwóch skrzynek przyłączeniowych pod pomostami wagi;
- dostępie do kalibracji wagi na obudowach obu mierników pomostów.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Miar
w Szczecinie

INSPEKTOR
Jan Sitarczyk
mgr Jan Sitarczyk