



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w SZCZECINIE
Wydział Legalizacji

Pl. Lotników 4/5 70-414 Szczecin, tel. (91) 433-53-27, e-mail: oum.szczecin.szczecin@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak fabryczny:
WKEL 14/100

Numer fabryczny:
0604

Rok produkcji:
2009

Nazwa lub znak producenta: Pomorskie Wagi

Certyfikat badania typu WE nr: Nmi T7312

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 4 grudnia 2021 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

OT Port Świnoujście S.A, ul Bunkrowa 1, 72-602 Świnoujście

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max = 100000 kg

Obciążenie minimalne Min = 1000 kg

Wartość działki legalizacyjnej e = 50 kg

Wartość działki elementarnej d = 50 kg

Klasa dokładności III

elektroniczna cecha legalizacji numer 7

WNIOSKODAWCA

Pomorskie Wagi Andrzej Szczerbakowski, ul. Wschodnia 20, 70-732, Szczecin, wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego

WYMAGANIA

§ 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, § 12, § 13, załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu prawdeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy umieszczono: informacja o miejscu umieszczenia cech znajduje się w załączniku niniejszego świadectwa.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

W1/1044/2019

Data wystawienia: 4 listopada 2019 r.

z upoważnienia Dyrektora

NACZELNIK
Wydziału Legalizacji

mgr Kazimierz Witkowski

ZAŁĄCZNIKI

- informacja o umieszczeniu cechy legalizacji i cech zabezpieczających

Załącznik do świadectwa legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej nr fabr. 0604 z dnia 4-11-2019 r. o znaku wniosku
W1/1044/2019

Cechę legalizacji umieszczono na częściowo na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie wagi

Cechy zabezpieczające w liczbie 7 umieszczono na:

obudowie dwóch skrzynek przyłączeniowych pod pomostami wagi

przewodach przyłączeniowych wewnątrz miernika

obudowie miernika numer cechy elektronicznej

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Miar
w Szczecinie

NACZELNIK
Wydziału Legalizacji

mgr Kazimierz Witkowski