DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w SZCZECINIE
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W STARGARDZIE
ul. Dworcowa 14 73-110 Stargard, tel. centr. 91 577 62 05 e-mail: oum.szczecin.stargard@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY
WAGA NIEAUTOMATYCZNA

Nazwa lub znak producenta:	PIVOTEX		
Numer fabryczny:	754-20	Rok produkcji:	1993
Znak zatwierdzenia typu:	nie nadano	Znak fabryczny	DSR 100

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI
Legalizacja jest ważna do dnia *1 września 2024 r.*
MIEJSCE UŻYTKOWANIA
OT Port Świnoujście S.A. ul. Bunkrowa 1, 72-602 Świnoujście
WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie Max:	100 Mg	Klasa dokładności:	3
Działka elementarna d:	20 kg	Działka legalizacyjna e:	50 kg

WNIOSKODAWCA
Elektro-Top Zbigniew Ocalewski ul. Jodłowa 72, 72-100 Goleniów-wykonawca naprawy
WYMAGANIA
§ 4 ust.1,2 i 5, § 6 ust.1,3 i 4, § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152).
ZAKRES SPRAWDZEŃ
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.152).
MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH
Cechę legalizacji umieszczono na obudowie wagi
Cechy zabezpieczające w liczbie 6 umieszczono na:
obudowie dwóch skrzynek przyłączeniowych przetworników, dostępie do kalibracji wagi na obudowach mierników pomostów.
LICZBA STRON ŚWIADECTWA
Świadectwo składa się z 1 strony.
ZNAK WNIOSKU
W2/424/2022
Data wystawienia: *1 sierpnia 2022 r.*

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Miar
w Szczecinie

Z up. Dyrektora
SPECJALISTA
mgr [illegible]

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.

F-2-S-0314-Z4