



TOR 660

DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w SZCZECINIE
Wydział Legalizacji

Pl. Lotników 4/5 7C-414 Szczecin, tel. (91) 433-53-27, e-mail: oum.szczecin.szczecin@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna

Znak fabryczny:
Scalex 1552

Numer fabryczny:
20230330

Rok produkcji:
2023

Nazwa lub znak producenta TAMTRON Systems Oy

Certyfikat badania typu WE nr: 0200-NAWI-04450

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 27 grudnia 2027 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

OT Port Świnoujście S.A., ul. Bunkrowa 1, 70-602 Świnoujście

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max = 100000 kg

Obciążenie minimalne Min = 1000 kg

Wartość działki legalizacyjnej e = 50 kg

Wartość działki elementarnej d = 50 kg

Klasa dokładności III

WNOSKODAWCA

TAMTRON S.A. ul. Sobocińskiego 19a, 40-687 Katowice - wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego

WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, ust. 3, ust. 4, § 15, załącznik nr 1 ust. 45, ust. 47, ust. 49, ust. 50 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 pkt 1, lit. a, b, a, f, d, t rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji i cechy zabezpieczające umieszczono: informacja o miejscu umieszczenia cech znajduje się na stronie 2 niniejszego świadectwa.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 2 stron.

ZNAK WNIOSKU

OUM09.W1.45.948.2025

Data wystawienia: 27 listopada 2025 r.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Miar
w Szczecinie

Z up. Dyrektora


Jan Sitarczyk

Cechę legalizacji umieszczono na częściowo na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie wagi

Cechy zabezpieczające w liczbie 6 umieszczono na:

obudowie miernika, zabezpieczając dostęp do przełącznika adiustacji wagi,
obudowach dwóch skrzynek przyłączeniowych pod pomostami wagi.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Miar
w Szczecinie

Z up. Dyrektora

Jan Sitarczyk